WASONBLCGB1
WASONBUCGB1
WASONGRCGB1
WASONCGB1KPL

CAT III
600 V



Dane techniczne

Kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010-2-030 ..... CAT III 600 V
Obciążalność długotrwała ..... 5 A

OSTRZEŻENIE

Bezpieczeństwo użytkownika nie może być zagwarantowane, jeśli nie będzie on postępował zgodne z instrukcjami bezpieczeństwa wymienionymi poniżej.

- **Podczas instalacji w miejscu pomiaru nie może być ono pod napięciem.**
- **Przed użyciem sprawdź, czy izolacja akcesoriów testowych jest właściwa i czy nie jest uszkodzona.**
- **Jeśli izolacja akcesoriów testowych zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzona, natychmiast zaprzestań ich używania.**

W przypadku używania akcesoriów testowych w połączeniu z innymi akcesoriami, dane do oceny – w szczególności kategoria pomiarowa – są zawsze określane przez akcesorium z najniższymi danymi oceny lub kategorią pomiarową.

Technical data

Measurement category acc. to EN 61010-2-030 ..... CAT III 600 V
Long-lasting load ..... 5 A

WARNING

The safety of the user cannot be guaranteed should they fail to comply in full with safety instructions listed below.

- **During installation, the measurement point must not be under voltage.**
- **Before use please check if the insulation of the test accessory is proper and not damaged.**
- **Should the insulation of the test accessory become damaged in any way, please stop using the accessory immediately.**

When using the test accessory in combination with any other accessories, the rating data – the measurement category in particular – are always determined by the accessory with the lowest ratings data or measurement category.

SONEL S.A.
Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
Poland
www.sonel.pl

PL
+48 74 858 38 00
(Biuro Obsługi Klienta)

bok@sonel.pl

GB ● DE ● ES
+48 74 858 38 60
+48 74 858 38 00
+48 74 858 38 09 (fax)
export@sonel.pl

v1.00 | 05.06.2019

WASONBLCGB1
WASONBUCGB1
WASONGRCGB1
WASONCGB1KPL

CAT III
600 V



Technische Daten

Messkategorie nach EN 61010-2-030 ..... CAT III 600 V
Langanhaltende Last ..... 5 A

WARNUNG

Die Sicherheit des Benutzers kann nicht gewährleistet werden, wenn die hier aufgeführten Sicherheitshinweise nicht eingehalten werden.

- **Bei der Installation - Anschluss spannungsfrei.**
- **Von Gebrauch - Isolation des Messzubehörs auf Beschädigung prüfen.**
- **Isolation des Messzubehörs beschädigt - nicht mehr verwenden.**

Die Bemessungsdaten – wie zum Beispiel die Messkategorie – werden bei Verwendung des Messzubehörs in Kombination mit anderen Messzubehören immer von dem Zubehör mit den niedrigsten Bemessungsdaten bestimmt.

Datos técnicos

Categoría de medición según EN 61010-2-030 ..... CAT III 600 V
Carga duradera ..... 5 A

ADVERTENCIA

La seguridad del usuario no se puede garantizar si no cumple con las instrucciones de seguridad que se enumeran a continuación.

- **Durante la instalación, el punto de medición no debe estar bajo tensión.**
- **Antes de usar, compruebe si el aislamiento de la punta de prueba es correcto y no está dañado.**
- **Si el aislamiento de la punta de prueba se daña de alguna manera, deje de usar el accesorio inmediatamente.**

Cuando se utiliza la punta de prueba en combinación con cualquier otro accesorio, los datos de calificación – en particular la categoría de medición – siempre queda determinado por el accesorio con los datos de calificación o categoría de medición más bajos.

SONEL S.A.
Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
Poland
www.sonel.pl

PL
+48 74 858 38 00
(Biuro Obsługi Klienta)

bok@sonel.pl

GB ● DE ● ES
+48 74 858 38 60
+48 74 858 38 00
+48 74 858 38 09 (fax)
export@sonel.pl